



## ROZHODNUTIE

č. UNMS/01163/2025-900/000228/2025 zo dňa 09. 01. 2025

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“) a vecne príslušný podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii, § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), podľa § 38 ods. 1 písm. d) zákona o metrológii

### pozastavuje

autorizáciu udelenú Rozhodnutím č. UNMS/01722/2024-900/003703/2024 zo dňa 05. 03. 2024 **na dobu 120 dní od doručenia tohto rozhodnutia** autorizovanej osobe

### **INobis, s.r.o.**

Priemyselná 10, 917 01 Trnava, IČO: 52 180 051

(ďalej len „autorizovaná osoba“)

**na výkon overovania určených meradiel – tachografov z dôvodu, že výsledky autorizovanej osoby v medzilaboratórnom porovnávacom meraní UNMS 03/24 „Kalibrácia tachografu“ (ďalej len „MLPM UNMS 03/24“) nevyhovujú požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov ustanovených požiadavkami na meranie charakteristického koeficientu vozidla w.**

#### Odôvodnenie:

Slovenská legálna metrológia, n. o. Bratislava (ďalej len „SLM“) na základe požiadavky úradu organizovala od júla 2024 MLPM UNMS 03/24, ktorého sa autorizovaná osoba zúčastnila v zmysle výzvy úradu č. UNMS/03356/2024-900/009252/2024 zo dňa 24. 06. 2024. Autorizovaná osoba vykonala merania v rámci MLPM UNMS 03/24 na pracovisku Trnava dňa 25. 09. 2024.

Dňa 07. 01. 2025 SLM doručila úradu Záverečnú správu z MLPM UNMS 03/24, ktorá bola zaevidovaná pod evidenčným číslom UNMS/01154/2025-900/000208/2025.

Zo Záverečnej správy z MLPM UNMS 03/24 vyplýva, že výsledky autorizovanej osoby v MLPM UNMS 03/24 nevyhovujú požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov tohto merania. Kritériom vyhodnotenia výsledkov v medzilaboratórnom porovnávacom meraní bolo Zeta skóre ??, pričom v súlade s ustanovenými podmienkami medzilaboratórneho porovnávacieho merania a Záverečnou správou z MLPM UNMS 03/24 sa výsledok merania považuje za uspokojivý (vyhovujúci), ak platí  $|??| \leq 2$ , diskutabilný (uspokojivý), ak platí  $2 < |??| < 3$  a neuspokojivý (nevyhovujúci), ak platí  $|??| \geq 3$ . Merania vykonané autorizovanou osobou nevyhoveli ustanoveným kritériám pre charakteristický koeficient vozidla w.

Podľa § 4 písm. d) zákona o metrológii *úrad rozhoduje o autorizácii na výkon overovania určených meradiel alebo na výkon úradného merania a vedie zoznam autorizovaných osôb.*

Podľa § 38 ods. 1 písm. d) zákona o metrologii úrad rozhodne o pozastavení autorizácie bezodkladne, najneskôr do desiatich dní, a to najviac na 120 dní, *ak sa autorizovaná osoba nezúčastní medzilaboratórneho porovnávacieho merania podľa § 41 ods. 1 písm. h) zákona o metrologii alebo jej výsledky v medzilaboratórnom porovnaní nevyhovujú požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov tohto merania.*

Podľa § 38 ods. 3 zákona o metrologii v čase platnosti rozhodnutia o pozastavení autorizácie autorizovaná osoba nie je oprávnená vykonávať činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, v rozsahu ustanovenom v rozhodnutí o pozastavení autorizácie a prijímať nové žiadosti o overenie určeného meradla alebo výkon úradného merania.

Podľa § 38 ods. 5 zákona o metrologii, *ak trvajú dôvody podľa odseku 1 písm. a) až d) aj po uplynutí lehoty uvedenej v rozhodnutí o pozastavení autorizácie, úrad zruší rozhodnutie o autorizácii podľa § 39 zákona o metrologii alebo zmení rozhodnutie o autorizácii podľa § 36 zákona o metrologii.*

Úrad sa podrobne zaoberal uvedenými skutočnosťami v súvislosti so Záverečnou správou z MLPM UNMS 03/24, zákonom o metrologii a zhodnotil tieto dôkazy jednotlivito i v ich vzájomnej súvislosti a zistil, že výsledky autorizovanej osoby v MLPM UNMS 03/24 nevyhovujú požiadavkám na určenú kvalitu výsledkov tohto merania a rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

#### **Poučenie:**

Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti. Podľa § 38 ods. 2 zákona o metrologii odvolanie proti rozhodnutiu o pozastavení autorizácie nemá odkladný účinok.

Ing. Pavol Pavlis  
predsedu úradu  
*(tento dokument bol podpísaný elektronicky)*